



Tất cả cho sức khỏe bạn
TÂM TRÍ CAO LÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ CAO LÃNH

Đ/c: Số 1, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
MST: 1400920324

Điện thoại: 0277.3878878

Fax: 0277.3878152

www.bvtamtricaolanh.com.vn

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

“ V/v Tham gia chào giá cạnh tranh ”

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh đang có nhu cầu mời các đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện, kinh nghiệm, năng lực tham gia chào giá cạnh tranh với nội dung sau:

1. **Gói thầu:** Mua Dao mổ điện cao tần cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh.

2. **Phương thức tham gia:**

Các công ty, tổ chức cá nhân có nhu cầu gửi bộ hồ sơ chào giá đến Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Cao Lãnh.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư chào giá
- Hồ sơ năng lực (giấy phép Đăng ký kinh doanh), kinh nghiệm (hợp đồng tương tự)
- Ký xác nhận “cam kết chống tiêu cực” theo mẫu đính kèm của bệnh viện.

3. **Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:**

| STT | NỘI DUNG | TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Tài Chính | Vốn kinh doanh có giá trị 10.000.000.000Vnd |
| 2 | Tiến độ thi công lắp đặt | 05 ngày |
| 3 | Bảo hành máy | Theo hãng quy định |
| 4 | Chủng loại vật tư | - Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng - Đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 5 | Đơn giá | Bao gồm thuế (giảm giá nếu có) |
| 6 | Hợp đồng | Ít nhất 05 hợp đồng thi công tương đương |

4. **Cấu hình bao gồm:**

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Máy chính | 01 cái |
| 2 | Tấm điện cực dùng một lần chức năng chống nước và theo dõi đa hướng | 10 cái |
| 3 | Bàn đạp chân đôi kích hoạt đơn cực và lưỡng cực | 01 cái |
| 4 | Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần | 01 cái |
| 5 | Dây nối dụng cụ nội soi đơn cực | 01 cái |
| 6 | Tay dao đơn cực hai nút bấm dùng 1 lần và đầu điện cực | 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt | 01 bộ |



5. Tính năng kỹ thuật:

| I YÊU CẦU CHUNG | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: CE, FDA, ISO 13485 hoặc tương đương. | |
| 2 | Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, Parking List, các giấy tờ hải quan,... | |
| 3 | Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | |
| 4 | Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ tới 35°C, độ ẩm tới 85%, áp suất 70 ~ 106kPa | |
| 5 | Thiết bị sử dụng nguồn điện: 1 pha, 120/ 220/ 230VAC, 50/60Hz. | |
| 6 | Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước. | |
| 7 | Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới. | |
| 8 | Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cho kỹ sư tại bệnh viện biết cách khắc phục sự cố, thực hiện bảo trì và cân chỉnh trong quá trình lắp đặt | |
| 9 | Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tạo bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị. | |
| 10 | Nhà thầu phải là nhà phân phối được ủy quyền chính thức từ nhà sản xuất hoặc chính hãng tại Việt Nam, là nhà cung cấp độc quyền tại Việt Nam, có cơ sở đáp ứng dịch vụ như: các kỹ sư và các kỹ thuật viên được đào tạo từ hãng, có kho linh kiện và các thiết bị cân chỉnh, lắp đặt máy, cung cấp dịch vụ đầy đủ sau bán hàng trong thời gian bảo hành và bảo trì | |
| 11 | Nằm ra mắt thị trường của sản phẩm | |
| II YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | | |
| | Thông số kỹ thuật <i>Yêu cầu bắt buộc, nếu không đáp ứng sẽ bị loại</i> | Yêu cầu |
| 1 | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của trang thiết bị y tế <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | Chuyên dùng cắt và cầm máu trong phẫu thuật như: tổng quát, nội soi, phụ khoa, phẫu thuật bàn tay, tai mũi họng, phẫu thuật tim (kể cả phẫu thuật tim hở), phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nhi khoa, phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu, phẫu thuật lồng ngực, chỉnh hình, tiết niệu, bao gồm cắt bỏ xuyên niệu đạo (TUR),... |
| 2 | Nguyên lý hoạt động <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | Sử dụng dòng điện xoay chiều tần số cao 330kHz/ 1MHz tác động nhiệt lên mô để tạo hiệu ứng phẫu thuật cắt và cầm máu |

| | | |
|----|--|--|
| 3 | Cắt đơn cực: <i>Yêu cầu bắt buộc, cao hơn sẽ được ưu tiên</i> | Tích hợp ≥ 9 chế độ cắt đơn cực: + Có ≥ 1 chế độ cắt tổng quát + Có ≥ 1 chế độ cắt vi mô + Có ≥ 1 chế độ cắt mô trở kháng lớn + Có ≥ 6 chế độ cắt chuyên dụng nội soi tiêu hoá + Công suất cắt đơn cực tối đa: ≥ 300 W |
| 4 | Đốt cầm máu đơn cực: <i>Yêu cầu bắt buộc, cao hơn sẽ được ưu tiên</i> | Tích hợp ≥ 14 chế độ đốt cầm máu đơn cực: + Có ≥ 2 chế độ cầm máu tiếp xúc + Có ≥ 7 chế độ cầm máu đánh lửa + Có ≥ 2 chế độ cầm máu đánh lửa diện rộng + Có ≥ 2 chế độ đốt lạnh argon plasma + Có ≥ 1 chế độ cắt đốt nội soi Niệu tiền liệt tuyến môi trường nước + Công suất cầm máu đơn cực tối đa: ≥ 120 W |
| 5 | Lưỡng cực: <i>Yêu cầu bắt buộc, cao hơn sẽ được ưu tiên</i> | Tích hợp ≥ 2 chế độ lưỡng cực kích hoạt tự động: + Có chế độ cầm máu lưỡng cực tổng quát + Có chế độ cầm máu vi phẫu lưỡng cực chính xác + Công suất lưỡng cực tối đa: ≥ 120 W |
| 6 | Hệ thống an toàn giám sát điện cực trung tính: <i>Yêu cầu bắt buộc, cao hơn sẽ được ưu tiên</i> | + Tốc độ giám sát liên tục tâm điện cực: ≥ 1.600 lần/giây + Trở kháng tối đa cho phép giữa các bản cực trung tính (Ohm) : $\geq 220 \Omega$. |
| 7 | Hiệu năng cao kiểm soát phát công suất bằng vi xử lý: <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | ≥ 32 bit |
| 8 | Chức năng kích hoạt cầm máu cùng lúc tay dao đơn cực: <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | ≥ 2 |
| 9 | Chức năng tùy chọn thiết lập ngôn ngữ thông dụng: <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | ≥ 7 |
| 10 | Chức năng gọi lại lỗi báo động gần nhất: <i>Cao hơn được ưu tiên</i> | ≥ 10 |

6. Yêu cầu khác

| | |
|---|--|
| 1 | Năm sản xuất: 2024 trở về sau |
| 2 | Bảo hành toàn bộ hệ thống ≥ 12 tháng |
| 3 | Nhà cung cấp phải cung cấp Biên bản kiểm tra của nhà máy/hãng sản xuất (chứng nhận hiệu chỉnh) trong quá trình lắp đặt |
| 4 | Nhà cung cấp phải cung cấp Giấy kiểm định thiết bị bản chính cho Bệnh viện |

| | |
|----|--|
| 5 | Kỹ sư lắp đặt máy có bằng cấp đào tạo của chính hãng |
| 6 | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt |
| 7 | Bản ép plastic quy trình vận hành máy |
| 8 | Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm |
| 9 | Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 4h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng |
| 10 | Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống |
| 11 | Yêu cầu cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận phân loại thiết bị y tế theo qui định Bộ Y Tế |
| 12 | Sản phẩm chưa có kế hoạch ngừng sản xuất |
| 13 | Nhà cung cấp phải đính kèm giá bảo trì, bảo dưỡng hằng năm sau khi hết thời gian bảo hành |

7. Thời gian nhận hồ sơ:

Chậm nhất: đến ngày 15/10/2024

8. Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh.
- Địa chỉ: Số 1 Lê Thị Riêng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Email: trangnguyen.cl@tmmchealthcare.com
- Điện thoại: 0932878758 Ms. Trang

Bệnh viện sẽ thành lập hội đồng xét gói chào giá mua dao mổ điện cao tần, đánh giá các tiêu chuẩn và sẽ chọn nhà cung cấp phù hợp với các tiêu chí: Hạng mục thực hiện phù hợp với nhu cầu của bệnh viện, giá cạnh tranh, chế độ bảo hành, bảo trì tốt.

Lưu ý: Bệnh viện không trả hồ sơ cho các công ty không trúng thầu.

TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 10 năm 2024



ThS. BS CK II. Huỳnh Thị Nguyệt