



Tất cả cho sức khỏe bạn
TÂM TRÍ CAO LÃNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ CAO LÃNH

Đ/c: Số 1, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
MST: 1400920324

Điện thoại: 0277.3878878

Fax: 0277.3878152

www.bvtamtricaolanh.com.vn

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

“ V/v Tham gia chào giá cạnh tranh ”

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh đang có nhu cầu mời các đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện, kinh nghiệm, năng lực tham gia chào giá cạnh tranh với nội dung sau:

1. GóI thầu: Mua máy Monitor theo dõi Sản khoa cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh.

2. Phương thức tham gia:

Các công ty, tổ chức cá nhân có nhu cầu gửi bộ hồ sơ chào giá đến Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Cao Lãnh.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư chào giá
- Hồ sơ năng lực (giấy phép Đăng ký kinh doanh), kinh nghiệm (hợp đồng tương tự)
- Ký xác nhận “cam kết chống tiêu cực” theo mẫu đính kèm của bệnh viện.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

STT	NỘI DUNG	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1	Tài Chính	Vốn kinh doanh có giá trị 5.000.000.000Vnd
2	Tiến độ thi công lắp đặt	05 ngày
3	Bảo hành máy	Theo hãng quy định
4	Chùng loại vật tư	- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng - Đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
5	Đơn giá	Bao gồm thuế (giảm giá nếu có)
6	Hợp đồng	Ít nhất 05 hợp đồng thi công tương đương

4. Cấu hình bao gồm:

1	Máy chính	1 Cái
2	Prode doppler siêu âm	2 Cái
3	Prode UC	1 Cái
4	Đai thắt	3 Cái
5	Vạch dấu	1 Cái
6	Giấy in	2 Cuộn
7	Bộ đổi nguồn và dây nguồn	1 Bộ
8	Gel siêu âm	1 Cái

5. Tính năng kỹ thuật:

I YÊU CẦU CHUNG		
1	Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485	
2	Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, Parking List, các giấy tờ hải quan,...	
3	Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.	
4	Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ tới 40°C, độ ẩm tới 85%.	
5	Thiết bị sử dụng nguồn điện: 1 pha, 120/ 220/ 230VAC, 50/60Hz	
6	Được phân phối và sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.	
7	Thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ thông báo cảnh báo và thu hồi nào bởi các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế giới.	
8	Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo cho kỹ sư tại bệnh viện biết cách khắc phục sự cố, thực hiện bảo trì và cân chỉnh trong quá trình lắp đặt	
9	Nhà cung cấp phải cung cấp checklist cho việc bảo trì thiết bị cho kỹ sư tạo bệnh viện trong quá trình lắp đặt thiết bị.	
10	Nhà thầu phải là nhà phân phối được ủy quyền chính thức từ nhà sản xuất hoặc chính hãng tại Việt Nam, là nhà cung cấp độc quyền tại Việt Nam, có cơ sở đáp ứng dịch vụ như: các kỹ sư và các kỹ thuật viên được đào tạo từ hãng, có kho linh kiện và các thiết bị cân chỉnh, lắp đặt máy, cung cấp dịch vụ đầy đủ sau bán hàng trong thời gian bảo hành và bảo trì	
11	Nằm ra mắt thị trường của sản phẩm	
II YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT		
Thông số kỹ thuật		
1	Màn hình hiển thị <i>Yêu cầu bắt buộc, nếu không đáp ứng sẽ bị loại</i>	Yêu cầu
1.1	Màn hình cảm ứng LCD TFT 7" (800 X 480)	Tương đương hoặc cao hơn
1.2	10 phím chức năng trực quan để tinh giản quy trình làm việc	
1.3	Chế độ hiển thị đồ họa & số lớn để nhận dạng dữ liệu dễ dàng hơn	
1.4	Chi báo cảnh báo INOP nhận biết dễ dàng hơn về sinh lý & tình huống báo động kỹ thuật	
1.5	Chức năng ghi chú đầu vào cho các chú thích lâm sàng có thể định cấu hình của người dùng lên tới 100 ghi chú	
2	Thu thập dữ liệu chính xác	
2.1	Tự động TOCO về 0	

2.2	Tự động phát hiện chuyển động thai nhi	
3	Hệ thống giám sát lên tới 16 giường bệnh	
3.1	Kết nối có dây/không dây & 16 giường với hệ thống theo dõi thai nhi trung tâm, FC Central II	
3.2	Máy quét mã vạch USB để đăng ký ID bệnh nhân	
3.3	Kết nối bộ chuyển đổi USB Wi-Fi	
3.4	Cài đặt mạng dễ dàng và thân thiện với người dùng	
4	Ghi nhớ:	
4.1	Phương pháp	In màng nhiệt
4.2	Loại	Dạng cuộn
4.3	Tốc độ in	<ul style="list-style-type: none"> - 1, 2, 3 cm/phút (thời gian thực) - 30 cm/phút (cài đặt dấu vết, 2, 3 cm/phút) - 20 cm/phút (cài đặt dấu vết 1cm/phút)
4.4	Chức năng nạp giấy	
5	Nguồn cung cấp	
5.1	Đầu vào DC	18VDC, 2.8A
5.2	Bộ đổi nguồn	Chỉ sử dụng BridgePower Corp. BPM050S18F02
5.3	Pin	Lithium-ion (tùy chọn) <ul style="list-style-type: none"> - 4 giờ (đang sạc) - 2 giờ (đang dùng)
5.4	Liên kết ngoài	LAN, Wi-Fi, USB, SD memory
6	Nhịp tim của thai nhi <i>Yêu cầu bắt buộc, nếu không đáp ứng sẽ bị loại</i>	
6.1	Tín hiệu đầu vào	Xung sóng siêu âm doppler
6.2	Phương pháp dò tim FHR	Tự động tương thích
6.3	Phạm vi FHR	50~210
6.4	Độ chính xác FHR	120~160: ±1bpm
6.5	Ngoại trừ FHR	120~160 : ±2bpm
7	Đầu dò siêu âm	
7.1	Chế độ hoạt động	PWD mode
7.2	Loại đầu dò	9 tinh thể
7.3	Tần số siêu âm	1.0MHz

7.4	Tần số lặp xung	3.125Hz
7.5	Cường độ trung bình theo thời gian đỉnh không gian	<10mW/cm ²
8	Hoạt động của dạ con	
8.1	Nguồn vào	Đầu dò ngoài
8.2	Điều khiển tham chiếu	công tắc 1 chạm / tự động về 0
8.3	Dải đo	0~99%
9	Phân tích CTG tự động	
9.1	Kết quả phân tích CTG được in ra 10 phút một lần	Tương đương hoặc nhanh hơn

6. Yêu cầu khác:

1	Năm sản xuất: 2024 trở về sau
2	Bảo hành toàn bộ hệ thống >= 12 tháng
3	Nhà cung cấp phải cung cấp Biên bản kiểm tra của nhà máy/hãng sản xuất (chứng nhận hiệu chỉnh) trong quá trình lắp đặt
4	Nhà cung cấp phải cung cấp Giấy kiểm định thiết bị bản chính cho Bệnh viện
5	Kỹ sư lắp đặt máy có bằng cấp đào tạo của chính hãng
6	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh/Việt
7	Bản ép plastic quy trình vận hành máy
8	Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 10 năm
9	Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 4h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng
10	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng và trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống
11	Yêu cầu cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận phân loại thiết bị y tế theo qui định Bộ Y Tế
12	Sản phẩm chưa có kế hoạch ngừng sản xuất
13	Nhà cung cấp phải đính kèm giá bảo trì, bảo dưỡng hằng năm sau khi hết thời gian bảo hành

7. Thời gian nhận hồ sơ:

Chậm nhất: đến ngày 16/10/2024

8. Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh.
- Địa chỉ: Số 1 Lê Thị Riêng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Email: trangnguyen.cl@tmmchealthcare.com
- Điện thoại: 0932878758 Ms. Trang

Bệnh viện sẽ thành lập hội đồng xét gói chào giá mua máy Monitor theo dõi sản khoa, đánh giá các tiêu chuẩn và sẽ chọn nhà cung cấp phù hợp với các tiêu chí: Hạng mục thực hiện phù hợp với nhu cầu của bệnh viện, giá cạnh tranh, chế độ bảo hành, bảo trì tốt.

Lưu ý: Bệnh viện không trả hồ sơ cho các công ty không trúng thầu.

TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC



ThS.BS. CKII. Huỳnh Thị Nguyệt